

臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號
承辦人：技士 陳佩儀
電話：04-22220655分機3307
電子信箱：rj6@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市醫師公會

發文日期：中華民國115年9月10日
發文字號：局授衛食藥字第1150111962號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (387140100I_1150111962_ATTACHMENT1.pdf、
387140100I_1150111962_ATTACHMENT2.pdf)


主旨：轉知有關衛生福利部通報美敦力醫療產品股份有限公司持有之「"柯惠"雪莉氣切管(衛署醫器輸字第 013558號)」醫療器材回收訊息一案，請貴會協助轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市政府衛生局115年9月8日北市衛食藥字第11531377942號函暨衛生福利部115年9月8日衛授食字第1151610062號函辦理。
- 二、案係旨揭公司回收訊息略以，受影響產品於使用期間可能在 15 mm 接頭連接處發生非預期分離，導致氣切管組件無法維持完整連接，進而可能導致病患呼吸支持中斷，故啟動回收作業。經衛生福利部評估，請依醫療器材回收處理辦法相關規定辦理第二級回收作業。
- 三、請轉知所屬會員倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司回收事宜，以維護民眾安全及權益。

正本：本市相關公會

副本：



裝

訂

線

