

## 臺中市政府衛生局 函

地址：403001臺中市西區民權路105號  
承辦人：技士 陳佩儀  
電話：04-22220655分機3307  
電子信箱：rj6@taichung.gov.tw

受文者：社團法人臺中市醫師公會

發文日期：中華民國115年9月24日  
發文字號：局授衛食藥字第1150118254號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明四 (387140100I\_1150118254\_ATTACH1.pdf)


主旨：轉知有關衛生福利部通報荷商波士頓科技有限公司台灣分公司持有之「“波士頓科技”艾德凡尼胰管支架系統(衛部醫器輸字第027417號)」醫療器材回收訊息一案，請轉知所屬會員配合回收事宜，請轉知所屬會員配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據臺中市政府衛生局115年9月22日北市衛食藥字第11531416422號函及衛生福利部115年9月21日衛授食字第1151610607號函辦理。
- 二、案係旨揭公司回收訊息略以，因受影響產品錯誤地設置導絲出口孔，可能導致操作延遲，故啟動回收作業。經衛生福利部評估，請依醫療器材回收處理辦法相關規定辦理第二級回收作業。
- 三、為確保民眾使用醫療器材之權益，請轉知所屬會員，倘有販售旨揭醫療器材，應配合廠商回收事宜。
- 四、檢附案內相關資料1份。

正本：本市相關公會

副本：



裝

訂

線

